

## PREZADOS SRS. RESPONSÁVEIS

Com o objetivo de auxiliá-los no **CONTROLE DAS DOSES** e **REGISTRO DE OCORRÊNCIAS FORA DA ROTINA** dos Indivíduos Ocupacionalmente Exposto à radiação, **IOEs** sob sua responsabilidade, por gentileza **SIGAM AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR DESCRITAS**. A Sapra disponibiliza **MODELOS DE CARTAS DE NOTIFICAÇÃO e/ou de SOLICITAÇÃO DE LEITURA DE EMERGÊNCIA**, de acordo com a ocorrência, devendo ser seguidos também os demais procedimentos internos estabelecidos pelos Responsáveis pela Proteção Radiológica da instituição.

### 1. NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA COM IOE COM SOLICITAÇÃO DE LEITURA DE EMERGÊNCIA – SITUAÇÃO DE ACIDENTE DO IOE COM RADIAÇÃO:

- 1.1. A **NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA** e **SOLICITAÇÃO DE LEITURA DE EMERGÊNCIA** do dosímetro de IOE **DEVE SER REALIZADA SOMENTE** pelo **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** e/ou pelo **TITULAR** ou **RESPONSÁVEL LEGAL** da instituição, que é também o Responsável pela Proteção Radiológica de todos os IOEs, ambos **CADASTRADOS NO SISTEMA SAPRA** com estas funções, **ASSEGURANDO O SEU CONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA**.
- 1.2. Importante que esta notificação seja realizada **IMEDIATAMENTE**, para as devidas providências pela **SAPRA**, caso sejam necessárias, enviando **por e-mail a Carta de Notificação da Ocorrência e Solicitação de Leitura de Emergência, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA** no mínimo pelo **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** e IOE.
- 1.3. Caso seja **NOTIFICADA por outro colaborador** da instituição deve ser enviada a SAPRA por e-mail esta **CARTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA** no mínimo pelos **RESPONSÁVEIS PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** e o IOE.
- 1.4. Importante nestas situações entrar em contato com o **Setor de Atendimento ao Cliente** para as devidas instruções.
- 1.5. Ao ser **ENVIADO O MONITOR À SAPRA PARA LEITURA DO DOSÍMETRO, ANEXAR A CARTA** já enviada por e-mail.

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

- ♦ Nestas situações em que **O IOE SOFREU UM ACIDENTE COM RADIAÇÃO** devem ser **selecionadas** nos modelos as **opções** que contenham: **USUÁRIO SOFREU UM ACIDENTE COM RADIAÇÃO**.
- ♦ A **LEITURA DE EMERGÊNCIA** do referido IOE será realizada **SEMPRE NO MESMO DIA DE RECEBIMENTO DO MONITOR**, e o **Relatório** enviado no mesmo dia da análise ao **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**.
- ♦ Quando o **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** solicitar **LEITURA DE EMERGÊNCIA DO MONITOR DE UM USUÁRIO**, nesta **CARTA DE NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA** constar que **ELE SOFREU ACIDENTE COM RADIAÇÃO**, esta **LEITURA SERÁ A ÚNICA PARA ESTE USUÁRIO PARA O REFERIDO PERÍODO DE USO**, e constará **SOMENTE ESTA DOSE NO RELATÓRIO DE DOSE**.
- ♦ Caso seja **SOLICITADO UM NOVO MONITOR PARA ESTE IOE PARA USO NO MESMO PERÍODO** para controle interno da instituição, **NÃO HAVERÁ LEITURA OFICIAL PARA ESTE MONITOR ADICIONAL DE MESMO MÊS DE REFERÊNCIA**.

Em caso de dúvidas, **ENTRAR EM CONTATO COM A FÍSICA RESPONSÁVEL DA SAPRA** para maiores esclarecimentos.

### 2. NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA COM MONITOR DE IOE SEM SOLICITAÇÃO DE LEITURA DE EMERGÊNCIA - SITUAÇÃO QUE O IOE NÃO SOFREU ACIDENTE COM RADIAÇÃO, OU SITUAÇÃO COM A REMESSA DE MONITORES E OS IOEs NÃO RECEBERAM A DOSE

- 2.1. A **NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA COM RADIAÇÃO SEM SOLICITAÇÃO DE LEITURA DE EMERGÊNCIA** com o **MONITOR DE IOE** ou com a **REMESSA DE MONITORES DEVE SER REALIZADA** pelo **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** e/ou pelo **TITULAR** ou **RESPONSÁVEL LEGAL** da instituição, que é também o Responsável pela Proteção Radiológica de todos os IOEs, ambos **CADASTRADOS NO SISTEMA SAPRA** com estas funções, **ASSEGURANDO O SEU CONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA**.

- 2.2. Importante que esta notificação seja realizada **IMEDIATAMENTE**, para as devidas providências pela **SAPRA**, caso sejam necessárias, enviando **por e-mail a Carta de Notificação da Ocorrência, DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA** no mínimo pelo **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA e IOE**.
- 2.3. Caso seja **NOTIFICADA por outro colaborador** da instituição deve ser enviada a SAPRA por e-mail esta **CARTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA** no mínimo pelos **RESPONSÁVEIS PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA e o IOE**.
- 2.4. Importante nestas situações entrar em contato com o **Setor de Atendimento ao Cliente** para as devidas instruções **PARA CADA SITUAÇÃO** e, caso seja necessário, **PODERÁ SER SOLICITADO A SAPRA UM MONITOR PARA O REFERIDO IOE PARA USO NO MESMO MÊS, OU UMA NOVA REMESSA DE MONITORES EM SUBSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO**.
- 2.5. Ao ser **ENVIADO o MONITOR ou a REMESSA DE MONITORES À SAPRA ANEXAR A CARTA** já enviada por e-mail.

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

##### **Ocorrência com Monitor de IOE**

- ♦ Nestas situações em que **O IOE NÃO SOFREU UM ACIDENTE COM RADIAÇÃO** devem ser **selecionadas** nos modelos as **opções** que contenham: **USUÁRIO NÃO SOFREU UM ACIDENTE COM RADIAÇÃO**.
- ♦ Quando o **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** notificar ocorrência com **O MONITOR DE UM IOE**, e nesta **CARTA DE NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA** constar que **O IOE NÃO SOFREU ACIDENTE COM RADIAÇÃO**, esta **LEITURA NÃO SERÁ REALIZADA PARA ESTE IOE PARA O REFERIDO PERÍODO DE USO**.
- ♦ Nos modelos de **CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA NÃO HÁ OPÇÕES DE LEITURA DE EMERGÊNCIA DEVIDO A EXPOSIÇÃO OCORRER SOMENTE NO MONITOR DO IOE**, e, portanto, enviaremos **COM URGÊNCIA UM MONITOR PARA O IOE PARA USO NO MESMO PERÍODO**.
- ♦ Caso o **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** notificar ocorrência com **O MONITOR DE UM IOE** e o **USUÁRIO NÃO SOFREU ACIDENTE, MAS, AINDA ASSIM, SOLICITAR LEITURA DE EMERGÊNCIA DO DOSÍMETRO**, esta **LEITURA SERÁ A ÚNICA PARA ESTE IOE PARA O REFERIDO PERÍODO DE USO**, e constará **SOMENTE ESTA DOSE NO RELATÓRIO DE DOSE**. Utilizar o **CAMPO DE OBSERVAÇÕES PARA ESTA SOLICITAÇÃO DE LEITURA**.

##### **Ocorrência com a Remessa de Monitores**

- ♦ Nestas situações em que **A REMESSA DE MONITORES FOI IRRADIADA E OS IOES NÃO SOFRERAM ACIDENTE COM RADIAÇÃO** devem ser **selecionadas** nos modelos as **opções** que contenham: **USUÁRIOS NÃO SOFRERAM ACIDENTE COM RADIAÇÃO**.
- ♦ Quando o **RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** notificar ocorrência com **A REMESSA DE MONITORES**, e nesta **CARTA DE NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA** constar que **OS IOES NÃO SOFRERAM ACIDENTE COM RADIAÇÃO**, esta **LEITURA DA REMESSA NÃO SERÁ REALIZADA PARA O REFERIDO PERÍODO DE USO**.
- ♦ Um **NOVA REMESSA DE MONITORES DEVERÁ SER SOLICITADA IMEDIATAMENTE PARA USO NO MESMO PERÍODO**, e constará **SOMENTE AS DOSES RECEBIDAS PELO IOES NO RELATÓRIO DE DOSE DO SETOR**.

Em caso de dúvidas, **ENTRAR EM CONTATO COM A FÍSICA RESPONSÁVEL DA SAPRA** para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



**Dra. Maria de Fatima de Andrade Magon**

Física Responsável – Responsável Técnica

Gerente de Operações e do Sistema da Qualidade