



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADOLÓGICA LTDA

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1869	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
SAÚDE HUMANA	<u>ENSAIO DE RADIAÇÃO IONIZANTE</u>	
DOSÍMETRO INDIVIDUAL EXTERNO	Avaliação do Equivalente de Dose Individual a 10 mm de profundidade – Hp(10) – usando dosímetros por leitura opticamente estimulada para fótons com energias entre 25 keV e 1,25 MeV Faixa: 0,10 mSv a 2,0 Sv	LC.05.010 e LC.05.009
XXX	XXXXXX	XXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 19/08/2024